



Conçus pour **faciliter la transition entre fixation provisoire et définitive**

Conçu **pour une approche non invasive**

Compatibles avec le système de fixation Galaxy

Conçus pour **éviter la contamination du canal médullaire du tibia**

Béquille
avec option d'élévation de pied



Serrage facilité
par clé Allen 5mm

Radiotransparent

Tous les composants stériles peuvent être commandés séparément ou regroupés par procédure via les **coffrets Galaxy UNYCO**



99-93574
Galaxy UNYCO
Mini kit stérile pour tibia

- 1 x mâchoire multi-fiche grande taille
- 4 x fiches spongieuses UNYCO



99-93509
Galaxy UNYCO
Mini kit d'instruments stériles

- 1 x clé Allen
- 1 x coupleur dynamométrique pour moteur chirurgical



99-93477
Galaxy UNYCO
Mini kit stérile unilatéral pour cheville

- 1 x unité de pied radiotransparente
- 3 x fiches spongieuses UNYCO



99-93570
Galaxy UNYCO
Kit stérile de fiches spongieuses

- 2 x fiches spongieuses UNYCO

99-93794
Coffret Galaxy UNYCO pour tibia diaphysaire

- 2 x mini kits stériles pour tibia
- 1 x mini kit d'instruments stériles
- 1 x barre Galaxy stérile de \varnothing 12mm L 350mm

99-93793
Galaxy UNYCO
Coffret pour pontage de cheville - Montage en triangulation


- 1 x mini kit stérile pour tibia
- 1 x mini kit d'instruments stériles
- 2 x mâchoires clip fiche stériles temporaires
- 1 x mâchoire clip fiche stérile grande taille
- 2 x barres Galaxy stériles de \varnothing 12mm L 350mm
- 1 x fiche transfixiante stérile de \varnothing 4mm

99-93792
Galaxy UNYCO
Coffret pour pontage de cheville - Montage unilatéral

- 1 x mini kit stérile pour tibia
- 1 x mini kit stérile unilatéral pour cheville
- 1 x mini kit d'instruments stériles
- 6 x mâchoires clip fiche stériles grande taille
- 2 x barres Galaxy stériles de \varnothing 12mm L 350mm



Distribué par:



Fabriqué par :
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Vérone), Italie
Téléphone : +39 045 6719000 – Fax : +39 045 6719380



@galaxyunyc0
www.galaxyunyc0.com

www.orthofix.com

MC-1511-PL-G2 AA 10/15

Instructions d'utilisation : consulter la notice d'accompagnement.

Avertissement : La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin. Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de la responsabilité des professionnels médicaux. Les directives concernant les techniques opératoires sont fournies à titre indicatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique en se basant sur son expérience et ses antécédents médicaux personnels. Se référer au mode d'emploi fourni pour obtenir des informations spécifiques concernant les indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions d'emploi, les réactions adverses et la stérilisation relatifs au produit.

